



Tel.: **(+34) 902 11 79 29**
Web: **www.infoagro.com/instrumental**

Registrador de temperatura Ryan CR1

Manual de instrucciones

El Ryan® CR-1 se ofrece en 3 versiones 10, 40 o 75 días.

La tarjeta de transporte, compuesta por varias partes, se documenta fácilmente con bolígrafo u otro instrumento de escritura.

Instrucciones operativas

- Rellene la tarjeta de transporte situada en la parte frontal del registrador. El número de serie de esta tarjeta coincide con el del registrador. Los campos disponibles para rellenar incluyen fecha, número de pedido, producto, productor, cliente receptor, camión o barco y firma del conductor.
- Para arrancar, retire la cinta del lateral del registrador. El rotor blanco del motor será visible por el visor lateral. El registrador es operacional si el rotor se mueve.
- Para instalar en el vehículo, quite el reverso del adhesivo en la parte trasera del instrumento y presiónelo en una superficie seca y firme lejos de puertas o caudal directo de aire. También puede situar el instrumento encima de la carga.

Extracción del registro después de la utilización

- Abra el instrumento eliminando el sello plateado de seguridad y presione la barra central de la parte superior del instrumento que sirve para abrir la carcasa. El sello de seguridad manipulado indica una posible trampa. Informe de ello a un supervisor.
- Remueva el rollo de papel tirando hacia arriba. Así quitará todo el registro de la unidad. Arranque el adhesivo para quitar el registro del rollo.